



Ministerio de Salud de la Nación

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NRO. PHIP – 869 – LPI – B “Adquisición de Equipamiento Médico para Cardiopatías Congénitas - Relicitación” Préstamo BIRF N° 8062-AR.

ENMIENDA N° 3

De acuerdo a lo establecido en la cláusula 8.1 de Sección I. “Instrucciones a los Licitantes” el comprador emite la presente Enmienda a los Documentos de Licitación.

Sección VI, Lista de Requisitos, las especificaciones técnicas, **Lote: 3 “Equipo de Hemodinamia”**

Donde dice: Hardware compuesto por:

Distancia fuente- FPD ajustable de 90mm a 1200mm como mínimo.

Debe decir: Hardware compuesto por:

Distancia fuente- FPD ajustable de 90mm a 1150mm como mínimo.

Donde dice: Generador de Rayos X

Rendimientos: 125KV, 800mA (0.1 s), 100KV, 1000mA (0.1), 80KV, 1250mA (0.1)

Donde dice: Generador de Rayos X

Rendimientos: 125KV, 800mA (0.1 s), 100KV, 1000mA (0.1s).

Donde dice: Generador de Rayos X

Modo de fluoroscopias seleccionable: pulsado 1.2.3,5,7.5,10.15,20.30.exp/s ancho de pulso 1ms a 25 ms.

Debe decir: Generador de Rayos X

Modo de fluoroscopias seleccionable: pulsado de al menos 5 a 30.exp/s ancho de pulso 1ms a 25 ms.

Donde dice: Sistema de adquisición General fluoroscópica. Modo de selección de fluoroscopia Continuo y pulsada Seleccionable dos modos (normal /alto), tres modos (bajo/normal/alto) o cuatro modos (bajo/medio/normal/alto)

Debe decir: Sistema de adquisición General fluoroscópica. Modo de selección de fluoroscopia Continuo y/o pulsada Seleccionable dos modos (normal /alto), tres modos (bajo/normal/alto) o cuatro modos (bajo/medio/normal/alto)

Donde dice: “Bolo de angiografía periférica: Deberá contar con dos modos de operación:

- Modo interactivo: con control manual de la velocidad de movimientos.
- Modo automático: para rutinas de examen preprogramada.

Debe decir: “Bolo de angiografía periférica: Deberá contar con modo de operación automático y/o interactivo

Donde dice: “Colimador de radiación:



Ministerio de Salud de la Nación

Multiplano transversal y longitudinal, rotatorio, con mando a distancia, con hojas cuadradas y circular.

Debe decir: Colimador de radiación:

Multiplano transversal y longitudinal, rotatorio, con mando a distancia, con hojas cuadradas y circular o sistema alternativo que presente idénticas prestaciones a lo solicitado.

Donde dice: Adaptador de imágenes:

Tipo Flat Panel con las siguientes características:

- Tamaño del detector 20cmx20cm o superior. Con una matriz de adquisición 2k x 2k o mayor a 14 bits o mayor.
- Con tamaño de Pixel de 155 μm o menor.
- Resolución 3 lp/mm o mayor.

Debe decir: Adaptador de imágenes:

Tipo Flat Panel con las siguientes características:

- Tamaño del detector 20cmx20cm o superior. Con una matriz de adquisición 1k x 1k o mayor a 14 bits o mayor.
- Con tamaño de Pixel de 185 μm o menor.
- Resolución 2,5 lp/mm o mayor.

Donde dice: Deberá realizar exploración por pasos no menor de 7 con una velocidad de desplazamiento menor a 2 seg. por paso.

Debe decir: Deberá realizar exploración por pasos no menor de 7 con una velocidad de desplazamiento menor a 2 seg. por paso.

Se aceptarán ofertas cuyos equipos realicen exploración por pasos con una velocidad de desplazamiento longitudinal de 150 mm/seg.

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen inalterables.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.